



ANALI - 095

Laboratório Analítico Habilitado pela ANVISA

Veja o escopo no site da ANVISA:
http://www.anvisa.gov.br/reblas/bio/anal/analitico_095.htm**RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 104701/2021A**
ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS**Teste de Eficiência da Filtração Bacteriana "BFE- 15052- Máscaras Cirúrgicas"**

São Paulo, 02 de Abril de 2021.	
DOTTER BRASIL LTDA	Avenida São Jerônimo, 2303 - Parque das Nações
Solicitante: Eduardo Salles	CEP.: 13470-310 Americana SP

Material: Máscara DTTR Cirúrgica (TNT Elástico com Filtro PFF2/N95)	
Data de entrada: 31/03/2021	Hora de entrada: 11:46
Embalagem: Pacote	Condições de transporte: Temperatura ambiente



Descrição da amostra:

Marca: DTTR Cirúrgica		
Lote: 03221		
Composição: Polipropileno		
Gramatura: 2 camadas de TNT elástico 115g/m ² + 1 camada de elemento filtrante 40g/m ²		
Quantidade de Camadas: 2 camadas de TNT elástico + 1 camada de elemento filtrante		
Cor: Branca		
Tamanho: Único		
Fabricante: Dotter Brasil Ltda		
Nº do Produto: 01	Data de Fabricação: 30/03/2021	Data de Validade: Indeterminado

Micro-organismo utilizado: *Staphylococcus aureus* ATCC 6538**Resultado:** A amostra apresentou 99,97% de eficiência de filtração bacteriana.**Requisito de aprovação segundo NBR 15052:2004**

BFE% \geq 95%	Aprovada
BFE% <95%	Reprovada

Metodologia: ABNT NBR 15052: 2004 Anexo B Artigos de não tecido de uso Odonto-médico-hospitalar - Máscaras Cirúrgicas - Requisitos**Observação:** Este ensaio tem seu valor restrito somente à(s) amostra(s) entregue(s) a CONTROLBIO. O presente documento de resultado(s) de ensaio(s), foi emitido em uma via original, respondendo o Laboratório, apenas pela veracidade desta via.

Diretora Técnica	Gerente de Laboratório
 Maria José Silveira CRBio: 18.098-01	 Paula de Maio Trezza CRBio: 48.933/01-D

Controlbio Assessoria Técnica Microbiológica S/S Ltda.

Rua Comendador Elias Assi, 645 - Caxingui - CEP 05516-000 - São Paulo - SP

Laboratório de Ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob número CRL 0545, escopo disponível em: <http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/docs/CRL0545.pdf>Visualize os ensaios habilitados na ANVISA/REBLAS em www.controlbio.com.br.